

ชื่อวิทยานิพนธ์ การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนักในทางกคลอดก่อนกำเนิด

หนด

ชื่อผู้เขียน นางสาวพัชรี จันทร์อินทร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนวดี ช้อนตะวัน	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี เจริญเมือง	กรรมการ
อาจารย์นายแพทย์ สมพร ใจดินถุมัด	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศนา มนนาภาพ	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ละอ้อ พันติศรินทร์	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ เพื่อศึกษาค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายและระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางกคลอดก่อนกำหนดทางรักแร้และทางทวารหนัก เปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางกคลอดก่อนกำหนดทางรักแร้และทางทวารหนัก และเปรียบเทียบระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางกคลอดก่อนกำหนดทางรักแร้และทางทวารหนักโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบปีรอก กลุ่มตัวอย่างคือ ทางกคลอดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบแบบเซอร์โว ตอนไตรมาสที่ควบคุมอุณหภูมิผิวน้ำท้องของทางกคลอดก่อนกำหนดเท่ากับ 36.5 องศาเซลเซียส ควบคุมอุณหภูมิของห้องให้อยู่ระหว่าง 27 - 30 องศาเซลเซียส อายุครรภะระหว่าง 30 - 36 สัปดาห์ อายุหลังคลอดระหว่าง 48 - 72 ชั่วโมง ทางมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับอายุในครรภ์ ที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยทางแรกระเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาชนครเรียงใหม่ จำนวน 30 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตู้อบแบบเซอร์โว คอนโทรล เทอร์โมมิเตอร์ สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย เทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของอากาศในตู้อบ เครื่องวัดความชื้น สมพัทธ์ แวนชายน้ำสำหรับอ่านค่าอุณหภูมิร่างกาย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมาตรฐานและแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายของทางการคลอดก่อนกำหนด เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในการวัด อุณหภูมิร่างกายทางการคลอดก่อนกำหนด ผู้วิจัยได้นำไปตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ของการวัดโดยการเปรียบเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ที่ได้มาตรฐานของกรมอุตุนิยมวิทยา ความเชื่อมั่น ของการอ่านค่าอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ของผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 1

กลุ่มตัวอย่างทุกรายได้รับการวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนักพร้อมๆกัน อ่าน ค่าอุณหภูมิที่วัดได้ทางรักแร้และทางทวารหนักทุก 1 นาที และบันทึกไว้โดยไม่นำเทอร์โมมิเตอร์ออก จากบริเวณที่วัดจนระดับปี Roth ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกเป็นเวลา 2 นาที

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับนำมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอุณหภูมิสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างที่วัดได้ทางรักแร้และทางทวารหนัก ระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิสูงสุดของกลุ่มตัวอย่างทางรักแร้และทางทวารหนักนำมารวบ เคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้การทดสอบแบบบิตรคอกซอน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายที่วัดได้ทางรักแร้อยู่ระหว่าง 36.7 - 37.3 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายที่วัดได้ทางทวารหนักอยู่ระหว่าง 36.8 - 37.4 องศาเซลเซียส ผลต่าง ของค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายที่วัดได้ระหว่างทางทวารหนักและทางรักแร้ระหว่าง 0.0 - 0.2 องศาเซลเซียส (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.11 องศาเซลเซียส) สำหรับระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิ สูงสุดของร่างกายพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.33) ใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการวัดค่า อุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางทวารหนักเท่ากับ 3 นาที รองลงมา (ร้อยละ 26.67) เท่ากับ 2 นาที กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) ใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการวัดค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทาง ทวารหนักเท่ากับ 2 นาที รองลงมา (ร้อยละ 10) เท่ากับ 3 นาที และกลุ่มตัวอย่างทุกราย (ร้อยละ 100) ใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการวัดอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทั้งทางรักแร้และทางทวารหนัก ภายใน 3 นาที

สำหรับผลการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางรักแร้และทางทวารหนัก

และเปรียบเทียบระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางรักแร้และทางทวารหนัก สูปได้ดังนี้

1.ค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางกคลอดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบที่วัดได้ทางรักแร้ และทางทวารหนักแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.ระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้วัดอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางกคลอดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบทางรักแร้นานกว่าทางทวารหนักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ถึงแม้ว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดของร่างกายทางกคลอดก่อนกำหนดที่วัดได้ทางรักแร้และทางทวารหนักจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติก็ตาม แต่ผลจากการศึกษาที่ได้รับจะเห็นได้ว่าค่าอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ทางทวารหนักสูงกว่าทางรักแร้เพียง 0.11 องศาเซลเซียสเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วผลต่างเพียงเล็กน้อยเท่านี้ไม่มีผลทำให้การวินิจฉัยอาการของทางรักแร้แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของทารก การวัดอุณหภูมิทางรักแร้น่าจะนำมาใช้ในการประเมินอุณหภูมิร่างกายของทางกคลอดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้อบแทนการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก ทั้งนี้ควรจดให้ทางรักแร้ในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสมด้วย และระยะเวลา 3 นาทีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายทางกคลอดก่อนกำหนดทางรักแร้และทางทวารหนัก

Thesis Title Measurement of Axillary and Rectal Temperatures in Premature Infants

Author Miss Pacharee Chan-in

M.N.S. Maternal and Child Nursing

Examining Committee :

Assistant Professor Dr. Ratanawadee	Chontawan	Chairman
Assistant Professor Malee	Charoenmuang	Member
Doctor Somporn	Choatnaroemon	Member
Assistant Professor Tatsana	Mahanupab	Member
Associate Professor La-aw	Tuntisirintra	Member

Abstract

The purpose of this comparative descriptive research design were : to determine the maximum temperatures and the optimal length of time needed in obtaining maximum axillary and rectal temperatures; to compare the maximum axillary and rectal temperatures; and to compare the optimal length of time needed in obtaining maximum axillary and rectal temperatures of premature infants using a glass thermometer. The sample consisted of thirty premature infants which were kept in the servo-controlled incubator and the abdominal skin temperature was maintained at 36.5 °c. The room temperature was controlled at 27 - 30 °c. The gestational age of these infants ranged from 30 to 36 weeks and their age ranged from 48 to 72 hours. The infants were of appropriate weight for gestational age and were admitted to the high-risk newborn nursery unit at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. The sample was selected by purposive sampling.

Instruments for this research included servo-controlled incubater, glass thermometer,

hygrometer, lens used for reading temperature, demographic data form and body temperature data form. The reliability of the instrument was tested for constancy of the thermometers by comparing with standard instrument. The interrater reliability of two investigators was equal to 1.

The temperature measuring episode consisted of taking both axillary and rectal temperatures simultaneously. Without removing the thermometers the infant's temperatures were recorded every single minute until the temperatures remained unchanged for two consecutive reading.

The derived data was analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested using Wilcoxon match - pairs sign rank test.

The data indicated that the maximum axillary temperatures ranged from 36.7°C to 37.3°C and the maximum rectal temperatures ranged from 36.8°C to 37.4°C . The range of difference between the maximum rectal and axillary temperatures was from 0.0°C to 0.2°C ($\bar{X} = 0.11^{\circ}\text{C}$). To determine the optimal length of time required to reach maximum temperatures, the majority of the infants (73.33 %) took 3 minutes to reach the maximum axillary temperatures whereas another 26.67 % of them took 2 minutes to do so. As for the rectal temperatures, the majority of the infants (90 %) required 2 minutes to reach the maximum temperatures whereas another 10 % of them required 3 minutes to do so. One hundred percent of the sample required 3 minutes to reach the maximum temperatures both rectal and axillary measurement.

To compare the difference between the maximum axillary temperatures and the maximum rectal temperatures and to compare the difference between the optimal length of time needed in obtaining maximum axillary and rectal temperatures, the results were as follows:

1. There was a statistically significant difference between the maximum axillary and rectal temperatures at the level of .01.
2. The axillary site required statistically significant more time to reach maximum temperatures than the rectal site at the level of .01.

Although there was a significant difference between temperatures for the two methods, the rectal temperatures were only 0.11°C higher than axillary temperatures. For practical

purpose, this difference may not make a great difference in diagnosing an infant's health status. Thus, axillary measurement is preferable to rectal measurement because axillary measurement is considered safer than rectal measurement. However, the premature infant should be placed in neutral thermal environment. It was recommended that three minutes was an optimal length of time for rectal and axillary temperatures taking in the premature infant.